



MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN,
VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU

N. 98 — 432

[98/22088]

23 JANUARI 1998. — Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen

ALBERT II, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzonderheid op artikel 35, gewijzigd bij de wet van 20 december 1995 en bij de koninklijke besluiten van 23 december 1996 en 25 april 1997;

Gelet op de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, inzonderheid op het artikel 28, § 8, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 april 1995 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 1995 en 10 juli 1996;

Gelet op de voorstellen van de Overeenkomstencommissie bandagisten-verzekeringsinstellingen geformuleerd op 23 oktober 1996;

Gelet op het advies van de Dienst voor geneeskundige controle geformuleerd op 27 november 1996;

Gelet op de beslissing van het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging, genomen op 6 januari 1997;

Gelet op het advies van de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In artikel 28, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, vervangen bij het koninklijk besluit van 6 april 1995 en gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 4 december 1995 en 10 juli 1996, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

A. in 1°, a) wagentjes zonder persoonlijke aandrijving :, worden in de noncumulregel van de verstrekking 615171 - 615182 de woorden « van de verstrekking 617116 - 617120 » vervangen door de woorden « van de verstrekkingen 617116 - 617120 en 617256 - 617260 »;

B. in 1°, b) wagentjes met persoonlijke aandrijving :

1° worden in de noncumulregel van de verstrekking 615215 - 615226 de woorden « van de verstrekking 617116 - 617120 » vervangen door de woorden « van de verstrekkingen 617116 - 617120 en 617256 - 617260 »;

2° wordt de verstrekking 615554 - 615565 geschrapt;

3° worden in de noncumulregel van de verstrekking 615510 - 615521 de woorden « Voor de verstrekkingen 615510 - 615521 en 615554 - 615565 » vervangen door de woorden « Voor de verstrekking 615510 - 615521 »;

4° worden na de noncumulregel van de verstrekking 615510 - 615521 de volgende verstrekkingen en hun noncumulregels ingevoegd, luidend als volgt :

« 615576 - 615580

Wagentje, plooibaar, in lichtgewicht uitvoering met een totaal gewicht van minder dan 17 kg voor patiënten met een maximaal lichaamsgewicht van 85 kg, voorzien van afneembare of wegklapbare armsteunen, afneembare voetsteunen, wielen met grijpringen en zwenkwielenY 538

Voor de verstrekking 615576 - 615580 mogen geen onder c) en d) vastgestelde supplementen worden aangerekend met uitzondering van de verstrekking 617116 - 617120 en de verstrekking 617256 - 617260.

615591 - 615602

Lichtgewicht actief wagentje voorzien van wegklapbare armsteunen of kledingbeschermers, een opklapbare voetplank, voetsteunen of een beugel. De achterwielen met grijpringen zijn in verschillende posities te plaatsen en de voorvorken zijn verstelbaarY 449,75

Voor de verstrekking 615591 - 615602 mogen geen onder c) en d) vastgestelde supplementen worden aangerekend met uitzondering van de verstrekking 617116 - 617120 en de verstrekking 617256 - 617260.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT

F. 98 — 432

[98/22088]

23 JANVIER 1998. — Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par les arrêtés royaux des 23 décembre 1996 et 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 28, § 8, remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1995 et 10 juillet 1996;

Vu les propositions de la Commission de convention bandagistes-organismes assureurs formulées le 23 octobre 1996;

Vu l'avis du Service du contrôle médical formulé le 27 novembre 1996;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé prise le 6 janvier 1997;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1^{er}. Dans l'article 28, § 8, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, remplacé par l'arrêté royal du 6 avril 1995 et modifié par les arrêtés royaux des 4 décembre 1995 et 10 juillet 1996, sont apportées les modifications suivantes :

A. au 1°, a) voiturettes sans moyen de propulsion personnelle :, dans la règle de non-cumul de la prestation 615171 - 615182, les mots « de la prestation 617116 - 617120 » sont remplacés par les mots « des prestations 617116 - 617120 et 617256 - 617260 »;

B. au 1°, b) voiturettes à propulsion personnelle :

1° dans la règle de non-cumul de la prestation 615215 - 615226, les mots « de la prestation 617116 - 617120 » sont remplacés par les mots « des prestations 617116 - 617120 et 617256 - 617260 »;

2° la prestation 615554 - 615565 est supprimée;

3° dans la règle de non-cumul de la prestation 615510 - 615521, les mots « Pour les prestations 615510 - 615521 et 615554 - 615565 » sont remplacés par les mots « Pour la prestation 615510 - 615521 »;

4° après la règle de non-cumul de la prestation 615510 - 615521, sont insérés les prestations suivantes et leurs règles de non cumul, rédigées comme suit :

« 615576 - 615580

Voiturette, pliable, ultra-légère, d'un poids total de moins de 17 kg pour des patients pesant au maximum 85 kg, munie d'accoudoirs amovibles ou escamotables, de repose-pied amovibles, de roues avec cerceaux de propulsion et de roues pivotantesY 538

Pour la prestation 615576 - 615580, aucun des suppléments prévus sous c) et d) ne peut être porté en compte à l'exception de la prestation 617116 - 617120 et la prestation 617256 - 617260.

615591 - 615602

Voiturette active ultra-légère munie d'accoudoirs ou de protège-vêtements escamotables, d'une planche repose-pied escamotable, d'un repose-pied ou d'un étrier. Les roues arrière avec cerceaux de propulsion peuvent être placées dans différentes positions et les fourches avant sont réglablesY 449,75

Pour la prestation 615591 - 615602, aucun des suppléments prévus sous c) et d) ne peut être porté en compte à l'exception de la prestation 617116 - 617120 et de la prestation 617256 - 617260.

615613 - 615624

Lichtgewicht actief wagentje met een vast onderstel, al dan niet voorzien van armsteunen of kledingbeschermers en voorzien van een opklapbare voetplank, voetsteunen of een beugel. De achterwielen met grijpringen zijn in verschillende posities te plaatsen en de balhoofden van de zwenkwielen zijn verstelbaarY 449,75

Voor de verstrekking 615613 - 615624 mogen geen onder *c)* en *d)* vastgestelde supplementen worden aangerekend met uitzondering van de verstrekking 617116 - 617120 en de verstrekking 617256 - 617260. »;

5° wordt in de noncumulregel van de verstrekking 615930 - 615941 na « 617116 - 617120 », « 617256 - 617260 » ingevoegd;

C. in 1°, *d)*, groep 4. - Benen :, wordt :

1° de betrekkelijke waarde « Y 65,85 » van de verstrekking 617116 - 617120 vervangen door « Y 72,44 »;

2° na de verstrekking 617116 - 617120 de volgende verstrekking ingevoegd, luidend als volgt :

« 617256 - 617260

Opklapbare beensteun met lengtecorrectie van het onderbeenstuk, per stukY 83,04 »;

D. in 1°, *e)* orthopedische driewielers :, wordt :

1° de betrekkelijke waarde « Y 473,59 » van de verstrekking 8570 618015 vervangen door « Y 530,42 »;

2° de betrekkelijke waarde « Y 570,21 » van de verstrekking 8571 618030 vervangen door « Y 638,64 »;

3° de betrekkelijke waarde « Y 581,57 » van de verstrekking 8572 618052 vervangen door « Y 639,73 »;

4° de betrekkelijke waarde « Y 682,54 » van de verstrekking 8573 618074 vervangen door « Y 737,14 »;

5° de betrekkelijke waarde « Y 6,68 » van de verstrekking 618214 vervangen door « Y 7,48 »;

6° de betrekkelijke waarde « Y 21,14 » van de verstrekking 618236 vervangen door « Y 23,68 »;

7° de betrekkelijke waarde « Y 92,80 » van de verstrekking 618251 vervangen door « Y 103,94 »;

8° de betrekkelijke waarde « Y 34,57 » van de verstrekking 618273 vervangen door « Y 38,72 »;

9° de betrekkelijke waarde « Y 130,21 » van de verstrekking 618295 vervangen door « Y 145,84 »;

E. in 1°, *g)* Statoestellen met tafelblad :, wordt :

1° de betrekkelijke waarde « Y 1100 » van de verstrekking 618494 vervangen door « Y 1288,95 »;

2° de betrekkelijke waarde « Y 1350 » van de verstrekking 618516 vervangen door « Y 1814,49 »;

F. in 18°, Minimumfabricagemaatstaven :, bijzondere voorwaarden voor de invalidenwagentjes, wordt een punt *f)* Beensteunen ingevoegd, luidend als volgt :

« *f)* Beensteunen :

Voor de verstrekking 617116 - 617120 :

De beensteun heeft een traploos instelmechanisme om de hoogte te regelen.

De beensteunplaat is voorzien van een basisplaat met opvulsel en bekleed met skai.

Deze basisplaat is automatisch inclineerbaar naar de vorm van de kuit en is opklapbaar.

De voetsteun is in hoogte verstelbaar en opklapbaar.

De beensteun is afneembaar en zijdelings wegklapbaar.

Voor de verstrekking 617256 - 617260 :

De beensteun heeft een traploos instelmechanisme om de hoogte te regelen. Maar dit is voorzien om de beensteun te verlengen bij het naar boven instellen, zodat er geen bijkomende instelling nodig is bij het van de normale voetsteunstand tot ligstand brengen van de beensteun.

De gevormde beensteunplaat is tevens instelbaar ter hoogte van de kuitsteun en is opklapbaar.

De voetsteun is in hoogte verstelbaar en opklapbaar.

De beensteun is afneembaar en zijdelings wegklapbaar. »;

615613 - 615624

Voiturette active ultra-légère avec un châssis fixe, munie ou non d'accoudoirs ou de protège-vêtements et d'une planche repose-pied escamotable, d'un repose-pied ou d'un étrier. Les roues arrière avec cerceaux de propulsion peuvent être placées dans différentes positions et les têtes de fourche des roues pivotantes sont réglablesY 449,75

Pour la prestation 615613 - 615624, aucun des suppléments prévus sous *c)* et *d)* ne peut être porté en compte à l'exception de la prestation 617116 - 617120 et de la prestation 617256 - 617260. »;

5° dans la règle de non-cumul de la prestation 615930 - 615941, après « 617116 - 617120 », est inséré « , 617256 - 617260 »;

C. au 1°, *d)*, groupe 4. - Jambes :

1° la valeur relative « Y 65,85 » de la prestation 617116 - 617120 est remplacée par « Y 72,44 »;

2° après la prestation 617116 - 617120, est insérée la prestation, rédigée comme suit :

« 617256 - 617260

Repose-jambe escamotable avec correction de la longueur de la partie soutenant jambe inférieure, la pièceY 83,04 »;

D. au 1°, *e)* tricycles orthopédiques :

1° la valeur relative « Y 473,59 » de la prestation 8570 618015 est remplacée par « Y 530,42 »;

2° la valeur relative « Y 570,21 » de la prestation 8571 618030 est remplacée par « Y 638,64 »;

3° la valeur relative « Y 581,57 » de la prestation 8572 618052 est remplacée par « Y 639,73 »;

4° la valeur relative « Y 682,54 » de la prestation 8573 618074 est remplacée par « Y 737,14 »;

5° la valeur relative « Y 6,68 » de la prestation 618214 est remplacée par « Y 7,48 »;

6° la valeur relative « Y 21,14 » de la prestation 618236 est remplacé par « Y 23,68 »;

7° la valeur relative « Y 92,80 » de la prestation 618251 est remplacée par « Y 103,94 »;

8° la valeur relative « Y 34,57 » de la prestation 618273 est remplacée par « Y 38,72 »;

9° la valeur relative « Y 130,21 » de la prestation 618295 est remplacée par « Y 145,84 »;

E. au 1°, *g)* Appareils de station debout avec tablette :

1° la valeur relative « Y 1100 » de la prestation 618494 est remplacée par « Y 1288,95 »;

2° la valeur relative « Y 1350 » de la prestation 618516 est remplacée par « Y 1814,49 »;

F. au 18°, Critères minimums de fabrication :, Conditions spéciales pour les voiturettes d'invalides, est inséré un point *f)* repose-jambe, rédigé comme suit :

« *f)* Les repose-jambe :

Pour la prestation 617116 - 617120 :

Le repose-jambe dispose d'un mécanisme de réglage progressif en vue de régler la hauteur.

La plaque du repose-jambe est constituée d'une plaque de base rembourrée et habillée de simili-cuir.

Cette plaque de base s'incline automatiquement selon la forme du mollet et est escamotable.

Le repose-pied est réglable en hauteur et escamotable.

Le repose-jambe est amovible et escamotable latéralement.

Pour la prestation 617256 - 617260 :

Le repose-jambe dispose d'un mécanisme de réglage progressif en vue de régler la hauteur. Mais ce dispositif est prévu pour rallonger le repose-jambe lors du réglage vers le haut, de sorte qu'aucun réglage supplémentaire n'est nécessaire lors du passage de la position normale du repose-pied vers la position couchée du repose-jambe.

La plaque formée du repose-jambe est aussi réglable à la hauteur du repose-mollet et est escamotable.

Le repose-pied est réglable en hauteur et escamotable.

Le repose-jambe est amovible et escamotable latéralement. »;

G. in 18°, Minimumfabricagemaatstaven : worden de bijzondere voorwaarden voor statoestellen vervangen door :

« Bijzondere voorwaarden voor statoestellen.

a) Het statoestel is opgebouwd uit een metalen frame van profiel- en/of ronde buis, doormeter minimum 25 mm, wanddikte 1 mm, voorzien van een oppervlaktebehandeling in epoxy of verchroomd.

b) De basis heeft een breedte van minimum 700 en maximum 750 mm en een lengte van minimum 900 en maximum 1100 mm.

c) De voetplaat heeft een lengte van 500 mm en een breedte tussen 380 en 480 mm. Deze plaat is voorzien van een antisliplaag. Hierop zijn vier, in voor-, achterwaarts en tevens zijdelings verstelbare, voetblokken gemonteerd. De voorste zijn voorzien van een voettipuitsparing.

d) De openstaande steunen hebben een lengte van minimum 900 mm en maximum 1050 mm. Hierop zijn drie onderdelen bevestigd : kniesteunbeugel, optreksteunbeugel en motorbevestigingsbeugel (bij mechanisch statoestel : de veiligheidsgordelbeugel).

— De kniesteunbeugel is vertikaal positioneerbaar tussen 250 en 550 mm. Hierop is een voorgevormde bilaterale kniesteun, bekleed met een zachte kunststof, voorzien, dewelke minimaal 200 mm horizontaal verstelbaar is;

— De optreksteunbeugel is in de hoogte verstelbaar tussen 550 en 900 mm en de optreksteunen hebben een lengte van minimum 550 en maximum 750 mm;

— De motorbevestigingsbeugel of veiligheidsgordelbeugel is in de hoogte verstelbaar en afzonderlijk afneembaar.

e) De motor heeft een voeding van 240V getransformeerd naar 24V, een trekkracht van 85 kg en afstandsbediening. De motor is zowel instelbaar in opwaartse als in neerwaartse richting; die motor is tevens voorzien van twee veiligheidsgordels waaraan een, in alle richtingen verstelbare voorgevormde, zitvlaksteun is bevestigd.

f) Het tafelblad is minimaal 350 mm in de hoogte en 200 mm in de verticale richting verstelbaar en voorzien van een gepolsterde buik- of borstuitsparing. Dit werkblad heeft een minimumafmeting van 850 mm op 750 mm en is vrij van scherpe randen of hoeken. ».

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de tweede maand na die waarin het is bekendgemaakt in het *Belgisch Staatsblad*.

Art. 3. Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 23 januari 1998.

ALBERT

Van Koningswege :
De Minister van Sociale Zaken,
Mevr. M. DE GALAN

G. au 18°, Critères minimums de fabrication, les conditions spéciales en ce qui concerne les appareils de station debout sont remplacées par :

« Conditions spéciales pour appareils de station debout.

a) L'appareil de station debout est constitué d'un cadre métallique dont les tubes sont ronds et/ou ont un profil rectangulaire, diamètre de minimum 25 mm, épaisseur de la paroi 1 mm, dont la surface a reçu un traitement époxy ou chromé.

b) La base a une largeur de minimum 700 et maximum 750 mm et une longueur de minimum 900 et maximum 1100 mm.

c) La plaque cale-pied a une longueur de 500 mm et une largeur comprise entre 380 et 480 mm. Cette plaque est pourvue d'une couche antidérapante. Sur cette plaque sont montés quatre blocs de soutien du pied réglables en avant et en arrière et sur les côtés. Les blocs avant comportent une découpe pour la pointe du pied.

d) Les soutiens ouverts ont une longueur de minimum 900 mm et maximum 1050 mm. Trois parties y sont fixées : l'étrier repose-genou, l'étrier repose-élévateur et l'étrier de fixation du moteur (dans le cas d'un appareil de station debout mécanique : l'étrier-ceinture de sécurité).

— L'étrier repose-genou peut être positionné verticalement entre 250 et 550 mm. On y fixe un repose-genou bilatéral préformé, recouvert d'une matière synthétique douce, qui est réglable horizontalement sur au moins 200 mm.

— L'étrier repose-élévateur est réglable en hauteur entre 550 et 900 mm et les repose-élévateur ont une longueur de minimum 550 et maximum 750 mm;

— L'étrier de fixation du moteur ou l'étrier-ceinture de sécurité est réglable en hauteur et séparément amovible.

e) Le moteur possède une alimentation en 240 V transformé en 24 V, une force de traction de 85 kg et une commande à distance. Le moteur est réglable en position haute ou basse; ce moteur est pourvu de deux ceintures de sécurité auxquelles est fixé un repose-siège préformé et réglable dans tous les sens.

f) La tablette est réglable en hauteur sur au minimum 350 mm et 200 mm dans le sens vertical et comprend une découpe capitonnée au niveau de l'abdomen ou du thorax. Cette tablette a une dimension minimum de 850 mm sur 750 mm et est exempte de bords ou de coins coupants. ».

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1^{er} jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au *Moniteur belge*.

Art. 3. Notre Ministre des Affaires sociales est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 janvier 1998.

ALBERT

Par le Roi :
La Ministre des Affaires sociales,
Mme M. DE GALAN